

بسمه تعالی



شرکت توسعه کاربرد پرتوها

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۱۶۶۱۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

نتیجه تست سترونی

نام کالا: ایمپلنت دندان

نام کارخانه: نیک کاشت آسیا

تعداد نمونه مورد آزمون: ۱۰

شماره نمونه: ۹۷۰۰۶

دز دریافتی: ۲۵ کیلوگری

سری ساخت: ۹۶۲۱۳۱۰۰۳، ۹۶۲۷۲۱۰۰۵ و ۹۶۱۸۵۱۰۰۶

تاریخ جواب آزمون: ۱۳۹۷/۱/۸

تاریخ آزمون سترونی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمان تولید گزارش: ۱۳۹۷/۱/۱۹

نتیجه آزمون: محموله سترون می باشد

آزمون سترونی طبق استاندارد ۱۳۹۳-۱-۳۰۰۱: ISIRI (سترونی وسایل پزشکی-آزمون های سترونی. قسمت ۱: روش مستقیم) انجام شد. سترونی کالای مورد نظر با عدم مشاهده کدورت حاصل از رشد باکتری های هوازی و بیهوازی در محیط کشت Fluid Thioglycolate پس از ۱۴ روز گرمخانه گذاری در ۳۵ درجه سانتی گراد اعلام می گردد.

مدیر عامل



تهران، انتهای کارگر شمالی، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت توسعه کاربرد پرتوها

تلفن: ۸۸۲۲۱۲۲۲ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۲۲۱۲۱۹ (۰۲۱)